

窒素ガス発生装置の製品ガス成分表

ガス名	レベル	原料ガス (ppm)	99% (ppm)	99.9% (ppm)	99.99% (ppm)
O ₂	平均値	210000	10000	1000	100
	最大値	-	-	-	-
H ₂	平均値	検出不能	検出不能	検出不能	検出不能
	最大値	検出不能	検出不能	検出不能	検出不能
CO	平均値	検出不能	検出不能	検出不能	検出不能
	最大値	検出不能	検出不能	検出不能	検出不能
CO ₂	平均値	940	20	検出不能	検出不能
	最大値	960	28	3	検出不能
CH ₄	平均値	2.3	3.3	3.7	3.6
	最大値	2.5	3.5	3.9	3.7
Ar	平均値	950	1400	1200	1200
	最大値	950	1450	1200	1230

ガスクロマトグラフによる測定